

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu (GPSR) – Testy do kontroli sterylizacji parowej Klasa 5 – SALTEC 400 szt.

Produkt: Testy do kontroli sterylizacji parowej SALTEC – klasa 5 (400 szt.)

Przeznaczenie: Wskaźniki chemiczne do kontroli procesów sterylizacji parowej w autoklawach medycznych, kosmetycznych, podologicznych i stomatologicznych.

Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa (GPSR 2023/988)

Produkt spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 dotyczącym ogólnego bezpieczeństwa produktów. Zaprojektowany jako materiał kontrolny, przeznaczony do użytku profesjonalnego. Produkt nie stwarza ryzyka chemicznego ani fizycznego, a jego prawidłowe stosowanie jest bezpieczne dla personelu oraz użytkowników gabinetów. Testy zawierają stabilne, nietoksyczne barwniki reagujące na kluczowe parametry procesu sterylizacji. Zgodność z normą ISO 11140-1 gwarantuje wysoką dokładność i powtarzalność wyników.

Zalecenia prawidłowego użytkowania

Stosować wyłącznie w autoklawach parowych klasy B, S lub N. Każdy test należy umieścić wewnątrz pakietu narzędzi lub w kontrolnym miejscu komory. Prawidłowy wynik to zmiana koloru z żółtego na czarny. Testów nie wolno używać po upływie terminu ważności. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła. W przypadku podejrzenia wady – przerwać użytkowanie i skontaktować się z importerem.

Identyfikowalność produktu

Nazwa: Testy do kontroli sterylizacji parowej Klasa 5 – SALTEC

Ilość: 400 szt. (2×200)

Norma: ISO 11140-1

Rodzaj testu: Wskaźnik chemiczny klasy 5

Zmiana koloru: żółty → czarny

Cykl sterylizacji: 121°C/20 min, 135°C/7 min

Numer partii: widoczny na opakowaniu

Rodzaj stosowania: wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji parowej

Certyfikaty i zgodność

Produkt posiada oznaczenie CE potwierdzające zgodność z wymaganiami UE.

Zgodny z normą ISO 11140-1 dotyczącą chemicznych wskaźników sterylizacji.

Produkt dopuszczony do obrotu na terenie UE poprzez importera SALTEC.

Dane producenta (zgodnie z GPSR)

Producent:

Anqing mediColor Imp. & Exp. Co., Ltd

Room 212, Building No. 2

246000 Anqing City, Chiny

E-mail: bella@medcolor.cn